



ZARZĄD POWIATU GLIWICKIEGO

Gliwice, dn. 11.09.2020 r.

WIF-RZPO.272.00005.2020

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Wydział Inwestycji,
Funduszy i Zamówień
Publicznych
tel. 32 332 66 10
fax 32 332 66 47

wif@starostwo.gliwice.pl

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust 1 pkt 1, 2, 4 oraz 4a ppkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego - Powiatu Gliwickiego – wyjaśnia się i zmienia treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

„Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Szpitala w Pyskowicach”

Wykonawca 1

Pytanie 1

W punkcie nr 4 Załącznika nr 1a do SIWZ Zamawiający wymaga aby zakres ustawień mAs mieścił się co najmniej w przedziale 0,1 – 500. Pragniemy poinformować, że nasz aparat oferuje minimalnie wyższy zakres dolny : 0,4 mAs , ale za to zakres górny przekracza prawie dwukrotnie wymagania Zamawiającego. Czy wobec powyższego Zamawiający zgodzi się zmienić wymagania punktu 4 na zakres 0,4- 1000 mAs ? Treść punktu 4 uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź 1

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

W punkcie nr 10 Załącznika nr 1a do SIWZ Zamawiający wymaga, aby zakres ruchu wzdłużnego lampy wynosił minimum 370 cm. Pragniemy poinformować, że nasz aparat oferuje maksymalny zakres ruchu wzdłużnego lampy 320 cm. Treść punktu 10 uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się zmienić wymagania punktu 10 na zakres ruchu wzdłużnego lampy – min. 320 cm?

Odpowiedź 2

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 10 Załącznika nr 1a do SIWZ.

Pytanie 3

W punkcie nr 15 Załącznika nr 1a do SIWZ Zamawiający wymaga, aby zakres obrotu kolimatora mieścił się co najmniej w przedziale +/-90 stopni. Pragniemy poinformować, że nasz aparat oferuje zakres obrotu kolimatora +/- 45 stopni. Treść punktu 15 uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się zmienić wymagania punktu 15 na zakres obrotu kolimatora +/-45 stopni?

Odpowiedź 3

Zgodnie z SIWZ.

Starostwo Powiatowe
w Gliwicach

ul. Zygmunta Starego 17
44 - 100 Gliwice

tel. 32 332 66 00
fax. 32 231 08 22

sekretariat@starostwo.gliwice.pl

Gminy Powiatu:

Gierałtów
Knurów
Pilchowice
Pyskowice
Rudziniec
Sośnicowice
Toszek
Wielowieś

Pytanie 4

W punkcie nr 20 Załącznika nr 1a do SIWZ Zamawiający wymaga, aby zakres obrotu lampy wokół osi pionowej wynosił minimum +/-180 stopni. Pragniemy poinformować, że nasz aparat oferuje zakres obrotu lampy wokół osi pionowej +182/- 154 stopni. Treść punktu 20 uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się zmienić wymagania punktu 20 na zakres obrotu lampy wokół osi pionowej: +182/-154 stopnie?

Odpowiedź 4

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

W punkcie nr 28 Załącznika nr 1a do SIWZ Zamawiający wymaga, aby najwyższe położenie blatu stołu wynosiło minimum 91 cm od podłogi. Pragniemy poinformować, że nasz aparat oferuje maksymalny zakres ruchu stołu 49,8 cm- 88 cm. To zaledwie 3 cm mniej niż wartość wymagana przez Zamawiającego. Zmiana treści tego punktu nie ma żadnego praktycznego znaczenia, natomiast treść punktu 28 uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się zmienić wymagania punktu 28 na : najwyższe położenie blatu stołu- min 88 cm?

Odpowiedź 5

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 28 Załącznika nr 1a do SIWZ.

Pytanie 6

W punkcie nr 30 Załącznika nr 1a do SIWZ Zamawiający wymaga, aby ruch wzdłużny blatu stołu wynosił minimum 110 cm. Pragniemy poinformować, że nasz aparat oferuje maksymalny zakres ruchu wzdłużnego stołu 80cm. Treść punktu 30 uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się zmienić wymagania punktu 30 na : ruch wzdłużny blatu stołu min 80 cm?

Odpowiedź 6

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 30 Załącznika nr 1a do SIWZ.

Pytanie 7

W punkcie nr 33 Załącznika nr 1a do SIWZ Zamawiający wymaga, aby szerokość blatu stołu wynosiła minimum 85 cm. Pragniemy poinformować, że nasz stół posiada szerokość 84 cm. To zaledwie 1 cm mniej niż wartość wymagana przez Zamawiającego. Zmiana treści tego punktu nie ma żadnego praktycznego znaczenia, natomiast treść punktu 33 uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się zmienić wymagania punktu 33 na : szerokość blatu stołu minimum 84 cm?

Odpowiedź 7

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 33 Załącznika nr 1a do SIWZ.

Pytanie 8

W punkcie nr 34 Załącznika nr 1a do SIWZ Zamawiający wymaga, aby maksymalna waga pacjenta przy zachowaniu pełnej funkcjonalności stołu wynosiła minimum 300 kg. Pragniemy poinformować, że nasz aparat oferuje maksymalny udźwig stołu przy zachowaniu pełnej funkcjonalności- 225kg. Treść punktu 34 uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się zmienić wymagania punktu 34 na : maksymalny udźwig stołu przy zachowaniu pełnej funkcjonalności- 225kg?

Odpowiedź 8

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

W punkcie nr 35 Załącznika nr 1a do SIWZ Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał kratkę rozproszeniową min 52 l/cm z ogniskową 100 cm. Pragniemy poinformować, że nasz aparat oferuje kratkę rozproszeniową min 40 l/cm z ogniskową 110 cm. Treść punktu 35 uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się zmienić wymagania punktu 35 na : kratka rozproszeniowa min 40 l/cm z ogniskową 110 cm?

Odpowiedź 9

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 35 Załącznika nr 1a do SIWZ.

Pytanie 10

W punkcie nr 38 Załącznika nr 1a do SIWZ Zamawiający wymaga, aby zakres ruchu detektora w pionie wynosił minimum 41-190 cm. Pragniemy poinformować, że nasz aparat oferuje maksymalny zakres ruchu detektora w pionie 31,5cm- 181,5 cm. Treść punktu 38 uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się zmienić wymagania punktu 38 na: zakres ruchu detektora w pionie minimum 31,5cm- 181,5 cm?

Odpowiedź 10

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

W punkcie nr 39 Załącznika nr 1a do SIWZ Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał kratkę rozproszeniową min 52 l/cm z ogniskową 150 lub 180 cm. Pragniemy poinformować, że nasz aparat oferuje kratkę rozproszeniową w stojaku do zdjęć płucnych 40 l/cm z ogniskową 130 cm. Treść punktu 39 uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się zmienić wymagania punktu 39 na : kratka rozproszeniowa w stojaku do zdjęć płucnych minimum 40 l/cm z ogniskową 130 cm?

Odpowiedź 11

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 39 Załącznika nr 1a do SIWZ.

Pytanie 12

W punkcie nr 44 Załącznika nr 1a do SIWZ Zamawiający wymaga, aby klasa wodoodporności detektora wynosiła min IPX7. Pragniemy poinformować, że nasz detektor posiada klasę wodoodporności IPX4. Treść punktu 44 uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się zmienić wymagania punktu 44 na klasę wodoodporności IPX4?

Odpowiedź 12

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

W punkcie nr 50 Załącznika nr 1a do SIWZ Zamawiający wymaga, aby grubość detektora wynosiła maksymalnie 15 mm. Pragniemy poinformować, że nasz detektor posiada grubość 15,4 mm. To zaledwie 0,4 mm więcej niż wartość wymagana przez Zamawiającego. Zmiana treści tego punktu nie ma żadnego praktycznego znaczenia, natomiast treść punktu 50 uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się zmienić wymagania punktu 50 na: grubość detektora maksymalnie 15,4 mm?

Odpowiedź 13

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 50 Załącznika nr 1a do SIWZ.

Pytanie 14

W punkcie nr 51 Załącznika nr 1a do SIWZ Zamawiający wymaga, aby waga detektora wynosiła maksymalnie 2,4 kg. Pragniemy poinformować, że nasz detektor wraz z baterią waży 3,8 kg. Treść punktu 51 uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się zmienić wymagania punktu 51 na: waga detektora maksymalnie 3,8 kg?

Odpowiedź 14

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

W punkcie nr 54 Załącznika nr 1a do SIWZ Zamawiający wymaga, aby detektor posiadał wbudowaną pamięć wewnętrzną na minimum 90 obrazów. Pragniemy poinformować, że treść punktu 54 uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się usunąć punkt 54?

Odpowiedź 15

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

W punkcie nr 56 Załącznika nr 1a do SIWZ Zamawiający wymaga, aby wytrzymałość obciążeniowa detektora wynosiła co najmniej 305 kg. Pragniemy poinformować, że nasz detektor posiada wytrzymałość obciążeniową 150 kg. Treść punktu 56 uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się zmienić wymagania punktu 56 na: wytrzymałość obciążeniową detektora bez korzystania z dodatkowej obudowy 150 kg?

Odpowiedź 16

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 56 Załącznika nr 1a do SIWZ.

Pytanie 17

W punkcie nr 62 Załącznika nr 1a do SIWZ Zamawiający wymaga, aby klasa wodoodporności detektora wynosiła min IPX7. Pragniemy poinformować, że nasz detektor posiada klasę wodoodporności IPX4. Treść punktu 62 uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się zmienić wymagania punktu 62 na klasę wodoodporności IPX4?

Odpowiedź 17

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

W punkcie nr 68 Załącznika nr 1a do SIWZ Zamawiający wymaga, aby grubość detektora wynosiła maksymalnie 15 mm. Pragniemy poinformować, że nasz detektor posiada grubość 15,4 mm. To zaledwie 0,4 mm więcej niż wartość wymagana przez Zamawiającego. Zmiana treści tego punktu nie ma żadnego praktycznego znaczenia, natomiast treść punktu 68 uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się zmienić wymagania punktu 68 na: grubość detektora maksymalnie 15,4 mm?

Odpowiedź 18

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 68 Załącznika nr 1a do SIWZ.

Pytanie 19

W punkcie nr 69 Załącznika nr 1a do SIWZ Zamawiający wymaga, aby waga detektora wynosiła maksymalnie 2,4 kg. Pragniemy poinformować, że nasz detektor wraz z baterią waży 3,8 kg. Treść punktu 69 uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się zmienić wymagania punktu 69 na: waga detektora maksymalnie 3,8 kg?

Odpowiedź 19

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

W punkcie nr 72 Załącznika nr 1a do SIWZ Zamawiający wymaga, aby detektor posiadał wbudowaną pamięć wewnętrzną na minimum 90 obrazów. Pragniemy poinformować, że treść punktu 72 uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się usunąć punkt 72?

Odpowiedź 20

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21

W punkcie nr 74 Załącznika nr 1a do SIWZ Zamawiający wymaga, aby wytrzymałość obciążeniowa detektora wynosiła co najmniej 305 kg. Pragniemy poinformować, że nasz detektor posiada wytrzymałość obciążeniową 150 kg. Treść punktu 74 uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy w związku z powyższym Zamawiający zgodzi się zmienić wymagania punktu 74 na: wytrzymałość obciążeniową detektora bez korzystania z dodatkowej obudowy 150 kg?

Odpowiedź 21

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 74 Załącznika nr 1a do SIWZ.

Wykonawca 2**Dot. załącznika nr 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia****Pytanie 1****ust. I pkt 5.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie generatora o zakresie 10 – 630 mA? Możemy zaoferować Państwu zakres do 800 mA ale wtedy musi to być generator o mocy 65 kW co zwiększy kwotę aparatu

Odpowiedź 1

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2**ust. III pkt 20.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy RTG o zakresie obrotu wokół osi pionowej minimum + 182° / - 163°?

Niewielka różnica nie ma istotnego wpływu na możliwości użytkowe aparatu.

Odpowiedź 2

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3**ust. IV pkt 28.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu RTG o najniższym położeniu blatu 54 cm i najwyższym położeniu blatu 85cm?

Odpowiedź 3

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 28 Załącznika nr 1a do SIWZ..

Pytanie 4**ust. IV pkt 30.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu RTG o ruchu wzdłużnym blatu 100 cm?

Niewielka różnica nie ma istotnego wpływu na możliwości użytkowe stołu szczególnie , że lampa porusza się wzdłuż stołu na prawie 400 cm.

Odpowiedź 4

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 30 Załącznika nr 1a do SIWZ.

Pytanie 5

ust. IV oraz V

Czy zamawiający wymaga przy stole i statywie płucnym ruchów nadążnych, tzn. żeby lampa podążała za ruchami stołu oraz statywu płucnego w pionie

Odpowiedź 5

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

Pytanie 6

Czy zamawiający wymaga dostarczenia aparatu wyposażonego w autotracking tj. wyposażonego w systemy nadążne – lampa podąża za statywem i stołem rtg w ruchu pionowym ?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z aparatem wszystkich kodów serwisowych oraz pełnej dokumentacji serwisowej aparatu ?

Odpowiedź 7

Tak, Zamawiający wymaga, zgodnie z pkt 94 Załącznika nr 1 a do SIWZ..

Pytanie 8

Czy zamawiający wymaga możliwości stosowania po okresie gwarancji lamp innych producentów ? jakich ?

Odpowiedź 8

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

Pytanie 9

Czy zamawiający wymaga możliwości serwisowania po okresie gwarancji przez inne , niezależne podmioty ? podać przynajmniej jeden.

Odpowiedź 9

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wymaga podania kosztu rocznego przeglądu aparatu po gwarancji.

Odpowiedź 10

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wymaga podania jaki jest koszt zakupu lampy rentgenowskiej po gwarancji?

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wymaga.

Wykonawca 3

Pytanie 1. Dot. pkt. I.1

Czy Zamawiający dopuści aparat renomowanego japońskiego producenta z wbudowanym dyskiem HDD o pojemności 500 GB ? Takie rozwiązanie nie wpłynie za jakość diagnostyczną

aparatu, a pozwoli złożyć konkurencyjną ofertę. Owe rozwiązanie jest standardem wykorzystywanym w tej chwili w usg.

Odpowiedź 1

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 1 Załącznika nr 1e do SIWZ.

Pytanie 2. Dot. pkt. I.3

Czy Zamawiający dopuści aparat renomowanego japońskiego producenta z panelem dotykowym o przekątnej 10,1 cala ? Różnica między wartością wymaganą wynosi 0,3 cala, więc nie wpływa to na jakość pracy urządzenia.

Odpowiedź 2

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 3 Załącznika nr 1e do SIWZ.

Pytanie 3. Dot. pkt. I.4

Czy Zamawiający dopuści aparat usg bez podgrzewacza żelu ? W dzisiejszych czasach odchodzi się już od podgrzewania żelu z powodów czysto higienicznych – podgrzany żel jest źródłem wielu bakterii, które później zostają przeniesione podczas badania na pacjenta.

Odpowiedź 3

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 4 Załącznika nr 1e do SIWZ.

Pytanie 4. Dot. pkt. I.6.

Czy Zamawiający będzie wymagał system wyposażonego w przetwornik cyfrowy min. 14-bitowy? Rozwiązanie przetwornika analogowo-cyfrowego jest już przestarzałe, a proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy dynamikę systemu oraz szybkość i jakość badania.

Odpowiedź 4

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 6 Załącznika nr 1e do SIWZ.

Pytanie 5. Dot.pkt.I.11

Czy Zamawiający dopuści aparat z max. 2 ogniskami pracującymi jednocześnie ?

Standardem pracy jest 1 ognisko, rzadko kiedy używa się 2 ognisk pracujących jednocześnie, ponieważ im większa liczba ognisk pracujących jednocześnie tym większe obciążenie pracy aparatu. Patrząc na opis przedmiotu zamówienia nakładając 8 ognisk jednocześnie dynamika tego sprzętu spadnie do takiego poziomu, że uniemożliwi ona pracę – obraz zacznie mocno się opóźniać w stosunku do ruchu głowicy uniemożliwiając wykonanie badania. Ponadto 8 ognisk pracujących jednocześnie charakteryzuje tylko i wyłącznie jednego Producenta.

Odpowiedź 5

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt.11 Załącznika nr 1e do SIWZ.

Pytanie 6. Dot.pkt.I.13

Czy Zamawiający dopuści aparat z dyskiem twardym 500 GB, który w zupełności starczy do zarchiwizowania kilku tysięcy pacjentów ?

Odpowiedź 6

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt.13 Załącznika nr 1e do SIWZ.

Pytanie 7. Dot.pkt.I.16

Czy Zamawiający dopuści aparat z pamięcią Cine na poziomie 12 000 klatek ?

Podczas badania rzadko kiedy przegląda się pętle przekraczające 300 klatek, więc tak wysoki poziom pamięci Cine jest w ogóle nie używany przez użytkowników, a blokuje innych Producentów uniemożliwiając złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź 7

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt.16 Załącznika nr 1e do SIWZ.

Pytanie 8. Dot.pkt.I.19

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne Silky Image Processing – zaawansowane wygładzające przetwarzanie obrazu, ponieważ opisane rozwiązanie SonoMR to nazwa własna jednej z firm konkurencyjnych. Nasze rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym.

Odpowiedź 8

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Dokonano zmiany opisu pkt. 19 Załącznika nr 1e do SIWZ.

Pytanie 9. Dot.pkt.I.20

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne tzn. Silky Image Processing z różnymi poziomami zmian ? Opisany parametr jest charakterystyczny dla jednego Producenta.

Odpowiedź 9

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt.20 Załącznika nr 1e do SIWZ.

Pytanie 10 dot.pkt.I.22

Czy Zamawiający dopuści monitor LCD z podświetleniem LED, Full HD, wysokiej rozdzielczości bez przepłotu, z płynną regulacją kontrastu, jasności, podświetlenia matrycy, rozdzielczość 1920x1080, przekątna 21,5 cala ?

Odpowiedź 10

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt.22 Załącznika nr 1e do SIWZ.

Pytanie 11 dot.pkt.I.28

Czy Zamawiający dopuści aparat o zakresie wielkości bramki Dopplerowskiej 0,5 do 20,0 mm? Przedział proponowany przez nas to standardowy zakres pozwalający na przeprowadzenie wszystkich możliwych badań. Zakres ten ma możliwość zmian w krokach co 0,5 i 1,0 mm co jest dodatkowym atutem tego rozwiązania. Dopuszczenie pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź 11

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12 dot.pkt.I.29

Czy Zamawiający dopuści aparat o zakresie regulacji kąta korekcji w trybie Dopplera Spektralnego +/- 80 stopni ? Zakres ten jest wystarczający, gdyż standardem na całym świecie jest kąt 60 stopni, który mieści się w proponowanym przez nas rozwiązaniu. Dopuszczenie pozwoli na złożenie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź 12

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13 dot. pkt.I.30

Czy Zamawiający dopuści aparat niespełniający tego parametru, ponieważ dotyczy on głowic wolumetrycznych, który Zamawiający nie wymaga. Na tym etapie jest to tylko dodatkowy koszt, a zniesienie tego parametru pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź 13

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt.30 Załącznika nr 1e do SIWZ.

Pytanie 14 dot. pkt.I.31, I.32,I.33

Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością zapisu obrazu (DICOM, TIFF, BMP, JPEG) i sekwencji filmowych (DICOM, AVI, MPEG4) na USB znajdującego się na konsoli aparatu oraz wyjściami HDMI, DVI-D oraz S VIDEO?

To najczęściej stosowane rozwiązania.

Odpowiedź 14

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt.31, 32, 33 Załącznika nr 1e do SIWZ.

Pytanie 15 dot. pkt. I.34, I.35, I.36

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby ilości kryształów w zamawianych głowicach były min. 256 elementów ? To w tej chwili standard podstawowej diagnostyki obrazowej, tylko stare rozwiązania technologiczne posiadają 128 elementów.

Odpowiedź 15

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt.34 i 36 Załącznika nr 1e do SIWZ.

Pytanie 16 dot. pkt. I.35

Czy Zamawiający będzie wymagał szerokości pola obrazowania na poziomie min. 180 stopni? To standard badań ginekologicznych. Kąty mniejsze utrudniają pracę użytkownikowi, a w wielu sytuacjach nie pozwalają na pełną diagnostykę, więc kupowanie takiego rozwiązania jest bezużyteczną inwestycją.

Odpowiedź 16

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17 dot. pkt. I.37

Czy Zamawiający dopuści głowicę liniową 192 elementy, zakres częstotliwości 5,0 – 13,0 MHz, szerokość czoła głowicy 50 mm – to standard w badaniu piersi, który pozwoli złożyć naszej Firmie atrakcyjną ofertę, a ponadto Zamawiający nie wymaga badań na tej głowicy tylko umieścić ją w możliwościach rozbudowy. Oferowane przez nas rozwiązania posiadają możliwość uruchomienia opcji tzw. Virtual Convex, która zwiększa pole obrazowe nawet o 30%. Rozwiązania z głowicami szerszymi niż 50mm stosowane są tylko w ortopedii.

Odpowiedź 17

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18 dot. pkt. I.39-I.44

Czy zamawiający dopuści aparat bez tych możliwości rozbudowy? Brak możliwości rozbudowy na dzień składania oferty nie wpłynie na jakość urządzenia, a w nie dalekiej przyszłości to urządzenie będzie te możliwości posiadało. W tej chwili te zapisy nie potrzebnie podnoszą cenę urządzenia, a i tak nie będą wykorzystywane.

Odpowiedź 18

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19 dot. pkt I.49

Czy Zamawiający będzie wymagał gwarancji na poziomie min. 24 miesiące ? W tej chwili 24 miesiące to standard, ponadto niższa gwarancja sugeruje, że po 12 miesiącach opisany sprzęt zaczyna się psuć i nie ma pewności, że wytrzyma dłużej. Prosi o podniesienie kryterium gwarancji do 24 miesięcy.

Odpowiedź 19

Zgodnie z SIWZ.

Wykonawca 4

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści podstawę łóżka opartą na 2 kolumnach cylindrycznych osłoniętych przed zaciekaniami płynów i wnikaniem zanieczyszczeń, gwarantująca stabilność leża?

Odpowiedź 1

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści szerokość łóżka 100 cm, co nieznacznie odbiega od parametru wymaganego?

Odpowiedź 2

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, że na jednym z oddziałów szpitala prześwit drzwi wynosi 100 cm. Zamawiający dopuszcza łóżka o parametrach wskazanych w załączniku nr 1d do SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści szerokość łóżka 102cm?

Odpowiedź 3

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, że na jednym z oddziałów szpitala prześwit drzwi wynosi 100 cm. Zamawiający dopuszcza łóżka o parametrach wskazanych w załączniku nr 1d do SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowej kieszeni zabezpieczającej pilota w czasie transportu?

Odpowiedź 4

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierki bez wyświetlacza LCD ?

Odpowiedź 5

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 15⁰, 30⁰, 45⁰ za pomocą 1 przycisku ?

Odpowiedź 6

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 9 Załącznika nr 1d do SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez informacji o kącie przechyłów wzdłużnych na wyświetlaczu LCD ?

Odpowiedź 7

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania przez łóżko dodatkowego pilota przewodowego z wyświetlaczem LCD , ponieważ oferowane łóżko posiada panel sterowania dla personelu z wyświetlaczem LCD oraz sterowanie w barierkach, co jest wystarczające dla

sprawnego sterowania funkcjami łóżka. Piloty ręczne przewodowe są najczęściej awaryjne i ulegają najszybciej uszkodzeniu. Jeżeli Zamawiający podtrzymuje wymóg dodatkowego pilota, to czy dopuści pilota bez wyświetlacza LCD?

Odpowiedź 8

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści wysokość minimalną leża 40cm a wysokość maksymalną 80cm? Zwracamy uwagę, że Zamawiający wymaga wysokiego materaca przeciwoślizgowego 20 cm , dlatego pozycja maksymalna łóżka 91 cm może być mało użyteczna.

Odpowiedź 9

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji wysokości 370mm -780mm?

Odpowiedź 10

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści szczyty wyjmowane, tworzywowe z jednolitego odlewu, z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia, łatwiejsze do dezynfekcji oraz czyszczenia niż szczyty z płytą laminowaną?

Odpowiedź 11

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści barierki bez tworzywowego uchwytu podtrzymującego pilota z możliwością ustawienia kąta?

Odpowiedź 12

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 13 Załącznika nr 1d do SIWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści możliwość powieszenia drenażu lub worków urologicznych na listwach wzdłuż ramy łóżka, a nie na uchwytach w barierkach bocznych?

Odpowiedź 13

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 13 Załącznika nr 1d do SIWZ.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści przedłużenie leża o długości 20cm?

Odpowiedź 14

Zgodnie z SIWZ

Wykonawca 5

Zapytanie nr 1 dotyczy Opisu przedmiotu Zamówienia Części 1 – l.p. I.5

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z zakresem ustawień mA w przedziale 10-630 mA? Jest to standardowy zakres w przypadku generatorów o mocy 50 kW

Odpowiedź 1

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 2 dotyczy Opisu przedmiotu Zamówienia Części 1 – l.p. II.10

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym o ruchu wzdłużnym lampy wynoszącym 350 cm?

Odpowiedź 2

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 10 Załącznika nr 1a do SIWZ..

Zapytanie nr 3 dotyczy Opisu przedmiotu Zamówienia Części 1 – l.p. II.12

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym o zmotoryzowanym ruchulampy w pionie wynoszącym 150 cm?

Odpowiedź 3

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 4 dotyczy Opisu przedmiotu Zamówienia Części 1 – l.p. II.20

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym o zakresie obrotu lampy wokół osi pionowej wynoszącym +200°/-135°?

Odpowiedź 4

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 5 dotyczy Opisu przedmiotu Zamówienia Części 1 – l.p. IV.28

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG ze stołem RTG o najwyższym położeniem blatu od podłogi wynoszącym 90 cm?

Odpowiedź 5

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 28 Załącznika nr 1a do SIWZ.

Zapytanie nr 6 dotyczy Opisu przedmiotu Zamówienia Części 1 – l.p. IV.33

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG ze stołem RTG o szerokości blatu wynoszącej 81cm ?

Odpowiedź 6

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 33 Załącznika nr 1a do SIWZ..

Zapytanie nr 7 dotyczy Opisu przedmiotu Zamówienia Części 1 – L.p. VI.44

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z detektorem o klasie wodoodporności IP66?

Odpowiedź 7

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 8 dotyczy Opisu przedmiotu Zamówienia Części 1 – L.p. VI.43

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z detektorem o wielkości pola obrazowego 35,76 x 42,27 cm?

Odpowiedź 8

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 9 dotyczy Opisu przedmiotu Zamówienia Części 1 – L.p. VI.47

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z detektorem o wielkości piksela równej 127 μ

Odpowiedź 9

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 47 Załącznika nr 1a do SIWZ..

Zapytanie nr 10 dotyczy Opisu przedmiotu Zamówienia Części 1 – L.p. VI.51

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z detektorem o wadze wynoszącej 3,0 kg?

Odpowiedź 10

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 11 dotyczy Opisu przedmiotu Zamówienia Części 1 – L.p. VI.56

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z detektorem o wytrzymałości obciążenia detektora wynoszącej 300 kg?

Odpowiedź 11

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 56 Załącznika nr 1a do SIWZ..

Zapytanie nr 12 dotyczy Opisu przedmiotu Zamówienia Części 1 – L.p. VII.62

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z detektorem o klasie wodoodporności IP66?

Odpowiedź 12

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 13 dotyczy Opisu przedmiotu Zamówienia Części 1 – L.p. VII.64

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z detektorem o wielkości pola obrazowego 42,27 x 42,27 cm?

Odpowiedź 13

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 64 Załącznika nr 1a do SIWZ..

Zapytanie nr 14 dotyczy Opisu przedmiotu Zamówienia Części 1 – L.p. VII.65

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z detektorem o wielkości piksela równej 127 μ m?

Odpowiedź 14

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 65 Załącznika nr 1a do SIWZ..

Zapytanie nr 15 dotyczy Opisu przedmiotu Zamówienia Części 1 – L.p. VII.64

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z detektorem o wielkości pola obrazowego 42,27 x 42,27 cm?

Odpowiedź 15

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 64 Załącznika nr 1a do SIWZ.

Zapytanie nr 16 dotyczy Opisu przedmiotu Zamówienia Części 1 – L.p. VII.69

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z detektorem o wadze wynoszącej 3,5 kg?

Odpowiedź 16

Zgodnie z SIWZ.

Zapytanie nr 17 dotyczy Opisu przedmiotu Zamówienia Części 1 – L.p. VII.74

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z detektorem o wytrzymałości obciążenia detektora wynoszącej 300 kg?

Odpowiedź 17

Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 74 Załącznika nr 1a do SIWZ..

Wykonawca 6**Pytanie nr 1**

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ § 5ust.7

„Na czas naprawy dłuższy niż 7 dni Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy“

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia aparatu zastępczego na czas naprawy. Przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG posadowiony na stałe i dostosowany do konkretnego pomieszczenia. Ponadto aparat RTG z zawieszeniem sufitowym jest urządzeniem stacjonarnym, wymagającym wielu zezwoleń na jego użytkowanie, zatem w praktyce wymóg dostarczenia urządzenia zastępczego nie ma w tym wypadku zastosowania

Odpowiedź 1

Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia aparatu rtg zastępczego na czas naprawy. W przypadku umowy dot. części I ten punkt zostanie wykreślony z umowy.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ § 6ust.1

„Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1.“

Prosimy o zmianę wysokości kary na 2%. W obecnym zapisie kara jest niewspółmierna do wartości szkody poniesionej przez Zamawiającego.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ § 6 ust. 2

„W przypadku zwłoki w dostawie, w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3ust.1 niniejszej umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości odpowiednio 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.“

Prosimy o zmianę wysokości kary na 0,1 %. W obecnym zapisie kara jest niewspółmierna do wartości szkody poniesionej przez Zamawiającego.

Odpowiedź 3

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

Pytanie nr 4

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ § 6 ust.3

„Jeżeli suma dni zwłoki przekroczy 7 dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia (w całości lub części), a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 (wyliczonej od całości lub od części, w zależności od zakresu odstąpienia).“

Prosimy o zmianę wysokości kary na 2% adekwatnie do pytania nr 2.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

Pytanie nr 5

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ § 6 ust.4

„Zamawiający ma prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych za każdy dzień zwłoki w realizacji usług gwarancyjnych objętych umową. Kary umowne będą naliczane w wysokości 0,1% wartości sprzętu wymagającego usługi gwarancyjnej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji usługi gwarancyjnej.“

Prosimy o zmianę wysokości kary na 0,01 %. W obecnym zapisie kara jest niewspółmierna do wartości szkody poniesionej przez Zamawiającego.

Odpowiedź 5

Zamawiający nie dokonuje zmiany.

Pytanie nr 6

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. IX ppkt 100

Prosimy o udostępnienie aktualnego projektu osłon stałych.

Odpowiedź 6

Zamawiający udostępnia aktualny projekt osłon stałych jako dalszą część Załącznika nr 1a do SIWZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy: Załącznik nr 1a do SIWZ pkt. VII

W związku z faktem, iż Zamawiający wymaga stojaka z uchylnym panelem stojaka płucnego, czy Zamawiający dopuści aparat posiadający detektor wbudowany w stojak płucny na stałe o parametrach spełniających wymagania opisane w punktach: 61, 64, 65, 66, 67, 70 i tym samym nie spełniający pozostałych parametrów dla wymogów detektora opisanych w punktach: 58, 59, 60, 62, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75 (nie są potrzebne dla detektora wbudowanego). Rozwiązanie takie zapewni komfort pracy, nie będzie wymagało ładowania detektora i nie będzie ryzyka ewentualnego jego uszkodzenia przy wkładaniu do stojaka płucnego.

Odpowiedź 7

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Dotyczy: Załącznik nr 1a do SIWZ pkt. IX, ppkt 101

Czy przez Intefejs do systemu EDM (AMMS Asseco), Zamawiający rozumie serwer wraz z systemem RIS/PACS działający na jednym motorze bazy danych, posiadający możliwość integracji HL7 z systemem AMMS Asseco oraz wywołujący zdjęcia w przeglądarce referencyjnej bez limitu użytkowników oraz przeglądarkę diagnostyczną certyfikowaną w klasie IIa w wersji webowej, wywoływaną z systemu PACS dla min. dwóch jednocześnie zalogowanych użytkowników i posiadającą funkcjonalność 3D na min. jednym stanowisku?

Czy Zamawiający zapewni interfejs ze strony systemu firmy trzeciej, tj. AMMS Asseco?

Odpowiedź 8

Zamawiający rozumie integrację systemu RIS/PACS posiadającą możliwość integracji z wykorzystaniem protokołu HL7 z systemem AMMS Asseco bez limitu użytkowników z przeglądarką diagnostyczną posiadającą certyfikat medyczny min. IIa w wersji Web.

Pytanie nr 9

Dotyczy: Załącznik nr 1a do SIWZ pkt. IX, ppk. 102

Czy przez Serwer bazy danych dedykowany do aparatu, Zamawiający rozumie serwer na systemie operacyjnym Windows Server wraz zainstalowanym systemem RIS/PACS działającym na jednym motorze bazy danych, o minimalnych parametrach: Procesor 8 rdzeniowy, 16GB RAM, Storage min 1,2TB, UPS 1,5kVa, zintegrowanym z dostarczonym aparatem RTG oraz z możliwością integracji z innymi urządzeniami oraz stacjami Zamawiającego?

Odpowiedź 9

Zamawiający wymaga dostarczenia serwera bazy danych dedykowanych do aparatu w systemie Windows Server lub Windows 10 wraz z zainstalowanym systemem RIS/PACS działającym na jednym motorze bazy danych o minimalnych parametrach: Procesor 8 rdzeniowy, 16 GB RAM, Storage min 1,2TB, UPS 1,5kVa, zintegrowanym z dostarczonym aparatem RTG oraz możliwością integracji z innymi urządzeniami oraz stacjami Zamawiającego wraz z medyczną stacją opisową o minimalnych parametrach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 roku. Dodatkowo Zamawiający wymaga dostarczenia: Lekarskiej stacji opisowej o minimalnych parametrach: Komputer stacji opisowej kompatybilny z konsolą operatora, Procesor 4-rdzeniowy, 8-wątkowy, 3,6,GHz, z wbudowanym kontrolerem pamięci DDR4, pamięć RAM DDR 4 8 GB, Dysk twardy 2 x 1 TB SATA III, Karta sieciowa 1 GB, System operacyjny Windows 10, Monitor diagnostyczny, kolorowy o rozdzielczości 3280 x 2048 z certyfikatem Medical Device Class I, wielkość monitora 1x30" lub 2x21" oraz: Oprogramowanie medyczne stacji diagnostycznej wraz z: Bezterminowa licencja na oprogramowanie medycznej stacji opisowej, Interfejs użytkownika oprogramowania w całości w języku polskim, dostęp użytkownika do systemu pomocy z każdego poziomu aplikacji stacji opisowej. Możliwość wydruku badań. Zamawiający wymaga również aby Aparat RTG był wyposażony w: LEKARSKĄ STACJĘ OPISOWĄ z wyżej wymienionymi parametrami.

Skorygowane Załączniki nr 1a, 1d oraz 1e do SIWZ stanowią załączniki do niniejszych wyjaśnień.

Jednocześnie, zgodnie z art. 12a ust. 1 i ust. 2 ppkt 1) Pzp., Zamawiający **przedłuża termin składania ofert** w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dzień: 28.09.2020r. godz.: 10:00.



W konsekwencji zmianie ulega treść zapisu:

- Rozdziału: XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT i otrzymuje następujące brzmienie:

1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu, nie później niż do dnia **28.09.2020 r. do godz.10:00.**
2. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania do Zamawiającego za pośrednictwem miniPortalu i wyświetleniu się komunikatu, że oferta została złożona.
3. otwarcie ofert odbędzie się w dniu **28.09.2020 r. do godz. 10:15.** Miejsce otwarcia: Starostwo Powiatowe w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17 – pok. nr 350.

4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
6. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców, ceny oraz czasy przystąpienia do pracy zawarte w złożonych ofertach;

WICESTAROSTA GLIWICKI STAROSTA GLIWICKI

Adam Wojtowicz Waldemar Dobek

Kopia:
WIF-RZPOa/a

