

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 7

Ssak przenośny operacyjny

Lp.	Parametry minimalne
1.	Urządzenie fabryczne nowe min. 2022 r.
2.	Pompa ssaka wyposażona w tłok bezolejowy
3.	Ssak elektryczny ze sterowaniem nożnym mocowany na podstawie jezdnej
4.	Maksymalny przepływ 90l/minutę (+/- 2l/min.)
5.	Maksymalne podciśnienie -100kPa (+/- 2kPa)
6.	Wymiary urządzenia: 90x42x33cm (+/- 2cm) (wysokość x szerokość x głębokość)
7.	Waga ssaka 16 kg (+/-2kg) Waga podstawa jezdnej 16 kg (+/-2kg)
8.	Ssak wyposażony w min. 2 porty ssące
9.	Regulacja siły ssania za pomocą pokrętła oraz pedału nożnego
10.	Ssak wyposażony w 2 tryby pracy: -Tryb pracy ciągły -Tryb pracy przerywany włączany pedałem
11.	Ssak kompatybilny z pojemnikami o pojemnościach 2l,3l,5l.
12.	Wposażenie: - dwa pojemniki 2L, z poliwęglanu z zastawką zabezpieczającą przed przepełnieniem przystosowane do stosowania wkładów jednorazowych o tej samej pojemności, - pedał do sterowania nożnego, wskaźnik i regulator podciśnienia, - przełącznik do wyboru butli ssącej, - podstawa jezdna na kółkach z min. 2 hamulcami, - dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów - jednorazowe wkłady dwulitrowe min.20 szt. -podstawa malowana farbą z powłoką antystatyczną
13.	Napięcie zasilania 230 V / 50 Hz

Wraz z dostawą części 2 wykonawca dostarczy dla każdego urządzenia:

- Instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie
- Wykaz punktów serwisowych
- Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych